

仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目(大腸がん検診)

令和5年3月

改定前	改定後(令和5年)	改定理由
1. 検査の精度管理	1. 検査の精度管理	
■便潜血検査	■便潜血検査	
<p>□大腸がん検診マニュアル(2013年日本消化器がん検診学会刊行)に記載された方法に準拠して行う<sup>※</sup>。</p> <p>※測定原理により様々な検査キットがあり、判定は機械による自動判定の他に目視判定がある。 検査キットの使用期限を守ると共に、日々、機器及び測定系の精度管理に務めなければならない。</p>	<p>□大腸がん検診マニュアル(2021年度改訂版、日本消化器がん検診学会刊行)に記載された方法に準拠して行う<sup>※</sup>。</p> <p>※測定原理により様々な検査キットがあり、判定は機械による自動判定の他に目視判定がある。 検査キットの使用期限を守ると共に、日々、機器及び測定系の精度管理に務めなければならない。</p>	<p>当該マニュアルが更新されたため</p>